

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Vydané podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SENSIT s.r.o
Školní 2610
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ 64087484

tímto prohlašuje,

že vlastnosti dále uvedených výrobků splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a jsou za podmínek správné instalace, použití a údržby pro určený účel použití bezpečné. U všech výrobků uváděných na trh byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda s technickou dokumentací a se základními požadavky dále uvedených technických norem.

Název výrobku: Párované snímače teploty

Typ: TP 15

Popis a použití:

Párované snímače teploty TP 15 jsou používány jako samostatné podsestavy měřidel tepla a jsou vyráběny s teplotními čidly Pt 100, Pt 500 a Pt 1000. Jako příslušenství jsou se snímači dodávány jímky z nerezové oceli třídy 17240. Součásti snímačů jsou upevňovací zátky do jímek a identifikační štítky. Standardní teplotní rozsah použití je 0 až 180 °C a nesmí být ani krátkodobě překročen. Snímače jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

Výrobek na něž se vztahuje toto prohlášení je ve shodě s následujícími předpisy a normami:

Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES o měřidlech implementovanou do právního řádu České republiky nařízením vlády č. 464/2005 Sb.

ČSN EN 1434 -- Snímače mají certifikát ES přezkoušení typu TCM 321/07-4530

ČSN IEC 751, ČSN EN 60 529


Prohlášení je vydáno na základě následujících certifikátů:

NV č. 464/2005 Sb. Certifikát ES přezkoušení typu TCM 321/07-4530, ze dne 18. 5. 2007
Notifikovaná osoba č. 1383 - ČMI Brno

Certifikát o systému managementu jakosti číslo: 0119-SJ-C003-07, ze dne 29.6.2007,
Notifikovaná osoba č. 1383 - ČMI Brno

ČSN EN 60 529 Certifikát č. 97 E 0229, vydaný dne 29.11.1997, Fyzikálně technický
zkušební ústav, Ostrava-Radvanice

Rožnov pod Radhoštěm, dne: 1.7.2007


RNDr. Jan Janíček
Jednatel společnosti

Společnost je zapsána v obchodní rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 13728.

Tel.: +420 571-625571
Fax: +420 571-625572
E-mail: obchod@sensit.cz

Bank. spojení: KB Rožnov pod Radhoštěm
Číslo účtu: 9536620217/0100
www.sensit.cz

IČ: 64087484
DIČ: CZ64087484